



检定证书

Verification Certificate

证书编号: 检定字第 201609103128 号

Certificate No.

防伪码

dba095292d163a00

e96be98b2585fc92

738244f2ce02ee65

9d840450aa9e0042

送检单位 自贡市计量测试研究所
Applicant计量器具名称 高斯计
Name Of Instrument型号/规格 G93
Type/ Specification出厂编号 G1605018
Serial No制造单位 COLIY
Manufacturer检定依据 JJG 242-1995
Verification Regulation检定结论 根据检定结果, 准予该计量器具作为 1.0 级表使用。
Conclusion批准人 李龙
Approved By
核 验 员 白凌高
Checked By
检 定 员
Verified By检定日期 2016 年 09 月 08 日
Date Of Verification Year Month Day
有效期至 2017 年 09 月 07 日
Valid Until Year Month Day

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码
- 3、证书内容为双面打印
- 4、证书报告网站可验真

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01002 号
Authorization Certificate No.
地址: 中国·四川·成都玉双路 10 号
Address: No.10, Yushuang Road, Chengdu, Sichuan, China
传真: 028-84404149
Fax电话: 028-84404337 84404913
Telephone
邮编: 610021
Post Code
电子邮件: zx@nimtt.com
E-mail

本次检定所使用的计量标准：
Measurement Standard Used In The Verification

名 称 Name	编 号 No	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No	有效期至 Valid Date To
磁感应强度标准装置	/	(0.1 ~ 1600) mT	(43 ~ 1600) mT: $U_{rel}=5 \times 10^{-5}$ ($k=2$) (0.1 ~ 43) mT: $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$	[1986] 国量 标测证字第 035 号	2017-10-07

溯源性： 本次检定使用的计量标准均可溯源到中国国家计量基准
Traceability Standards Of Measurement Used In The Verification Can Be Traceable To China National Standards Of Measurement

检定环境条件：
Environmental Conditions Of The Verification
地 点： 四川省成都市玉双路 10 号中国测试技术研究院第二实验楼 201 室。
Place
环境温度： 24.0℃ 相对湿度： 47.5 % 其它： /
Ambient Temperature Relative Humidity Others

检 定 数 据 / 结 果
Data / Results Of Verification

检 定 数 据 及 结 果 见 数 据 页

- 注： 1. 本检定结论仅对受检器具的本次检定有效。
It's Effect That The Results Of This Report Relate Only To The Sample(S) Tested.
2. 未经本院许可，不得部分复制本证书。
This Certificate Can Not Be Partly Copied If Not Allowed By NIMTT.
3. 本次检校调修总费用为：
The Total Price of Test / Calibration / Adjust / Mend:

检定数据 / 结果

Data / Results Of Verification

X 轴:

量限 (mT)	示值 (mT)	修正值 (mT)	基本误差 (%)
3000	10.00	-0.10	+1.0
	50.02	-0.50	+1.0
	100.04	-0.59	+0.6
	300.02	-1.68	+0.6
	600.08	-1.91	+0.3
	1000.6	-5.2	+0.5
	1300.0	-6.6	+0.5
	1600.0	-8.4	+0.5

基本误差范围: ≤±1.0%

正、反方向示值差: 0.16mT (100.00mT 时)

本 页 以 下 空 白

检定数据 / 结果

Data / Results Of Verification

Y 轴:

量限 (mT)	示值 (mT)	修正值 (mT)	基本误差 (%)
3000	10.01	-0.04	+0.4
	50.00	-0.03	+0.1
	100.01	-0.53	+0.5
	300.02	-1.62	+0.5
	600.20	-2.13	+0.4
	1000.0	-3.8	+0.4
	1300.7	-7.7	+0.6
	1600.0	-4.6	+0.3

基本误差范围: $\leq \pm 1.0\%$

正、反方向示值差: 0.07mT(100.00mT 时)

本 页 以 下 空 白

检定数据 / 结果

Data / Results Of Verification

Z 轴:

量限 (mT)	示值 (mT)	修正值 (mT)	基本误差 (%)
3000	3.01	+0.03	-1.0
	5.01	+0.04	-0.8
	10.01	+0.07	-0.7
	20.00	+0.20	-1.0
	40.02	+0.39	-1.0
	60.00	+0.58	-1.0
	80.00	+0.78	-1.0
	100.00	+0.95	-0.9

基本误差范围: ≤±1.0%

以 下 空 白